



Информационный листок для органов власти в государствах за пределами ЕС/ЕЭП о медицинских изделиях и медицинских изделиях для диагностики *in vitro*¹

Настоящий информационный листок адресован регулирующим/компетентным органам в странах, не входящих в состав ЕС/ЕЭП. Общий обзор воздействия регламентов см. в разделе «Медицинские изделия» на веб-сайте Европейской комиссии.

Новые Регламент (ЕС) № 2017/745 о медицинских изделиях (РМИ) и Регламент (ЕС) № 2017/746 о медицинских изделиях для диагностики *in vitro* (РМИИВ) приводят законодательство ЕС в соответствие с техническими достижениями, изменениями в медицинских науках и прогрессом законодательной деятельности.

Новые регламенты создают прочную, прозрачную и устойчивую нормативно-правовую базу, признанную на международном уровне, которая повышает клиническую безопасность и обеспечивает производителям справедливый доступ к рынку.

В отличие от директив, регламенты применяются непосредственно, и их не надо переносить в национальное законодательство. Таким образом, РМИ и РМИИВ снижают риск разных толкований на рынке ЕС.

ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Что необходимо знать!



Введение к Регламенту о медицинских изделиях (РМИ) и Регламенту о медицинских изделиях для диагностики *in vitro* (РМИИВ)

РМИ заменит действительную Директиву 93/42/ЕЭС о медицинских изделиях (ДМИ) и Директиву 90/385/ЕЭС об активных имплантируемых медицинских изделиях (ДАИМИ). РМИ опубликован в мае 2017 года, положив начало четырехлетнему периоду перехода от ДМИ и ДАИМИ.

РМИИВ заменит действительную Директиву о медицинских изделиях для диагностики *in vitro* (98/79/ЕС) (ДМИИВ). РМИИВ опубликован в мае 2017 года, положив начало пятилетнему периоду перехода от ДМИИВ.

¹ Термин «изделия» в настоящем документе относится к медицинским изделиям и медицинским изделиям для диагностики *in vitro*. Определения изделия см. статью 2 РМИ и РМИИВ.

Переходный период для медицинских изделий (МИ) закончится **26 мая 2021 года** (дата применения (ДП) РМИ).

Переходный период для медицинских изделий для диагностики *in vitro* (МИИВ) закончится **26 мая 2022 года** (ДП РМИИВ).

В течение этих двух переходных периодов оба регламента начнут применяться постепенно, начиная с положений, связанных с назначением уведомляемых (нотифицированных) органов и возможностью для производителей подавать заявки на новые сертификаты в соответствии с регламентами.

Чтобы избежать сбоев рыночного механизма и обеспечить гладкий переход от директив к регламентам, подготовлено несколько положений о переходном периоде. Некоторые изделия, сертификаты которым выданы согласно директивам, можно и дальше размещать на рынке² до 26 мая 2024 года и обеспечивать их наличие³ до 26 мая 2025 года.



Сроки

До мая 2025 года изделия, сертифицированные согласно директивам, и изделия, сертифицированные согласно регламентам, на рынке могут сосуществовать. У обеих категорий будет одинаковый законный статус, и дискриминация в государственных тендерах запрещена.

Переходный период нужен потому, что в соответствии с новыми регламентами необходимо назначить уведомляемые органы. Кроме того, производители должны соответствовать более строгим критериям, особенно с точки зрения требований к клиническим исследованиям и оценке эффективности.

В процессе назначения уведомляемых органов, который может длиться 18 месяцев или более, участвуют оценщики национальных и европейских учреждений. Это значит, что первые уведомляемые органы в соответствии с новыми регламентами были назначены с начала 2019 г. Уведомляемые органы, назначенные в соответствии с РМИ и РМИИВ, а также охват изделий, в связи с которыми они назначены, см. в базе данных *NANDO*.⁴ За более подробной информацией просьба обращаться к контактным лицам в *компетентных органах*⁵.

Правила назначения уведомляемых органов также ужесточаются с добавлением новых требований и обязанностей. Процесс назначения уведомляемых органов займёт значительную часть переходного периода, то есть у производителей будет лишь ограниченное время для сертификации всех изделий до соответствующих ДП.

Поэтому маловероятно, что все имеющиеся на рынке изделия будут сертифицированы в соответствии с новыми регламентами до ДП, если назначение уведомляемых органов продлится дольше, чем намечено. Чтобы избежать сбоев рыночного механизма и недоступности медицинских изделий, при определённых условиях производители могут производить изделия, соответствующие требованиям ДМИ и ДМИИВ, и размещать их на рынке и после соответствующих ДП. Таким образом, по наступлении ДП и до мая 2025 года вы всё ещё можете получать на своей территории изделия, соответствующие требованиям ДМИ/ДМИИВ, и сертификаты, выдаваемые в соответствии с директивами.



Что изменилось?

В целом, в РМИ и РМИИВ сохраняются все требования директив, и появляются некоторые новые требования. По сравнению с действительными директивами, в новых регламентах акцентируется подход к безопасности, опирающийся на срок службы и основывающийся на клинических данных.

Регламенты дополнены более жёсткими правилами назначения уведомляемых органов. Введены дополнительные требования к контролю и мониторингу, адресованные национальным компетентным органам и Комиссии. В регламентах уточнены обязанности производителей, уполномоченных представителей, импортёров и дистрибуторов.

В РМИ предлагается переклассифицировать некоторые изделия, расширена его область применения. Например, он непосредственно охватывает изделия для очистки, стерилизации или дезинфекции других медицинских изделий (пункт 1 статьи 2 РМИ). Подобным образом, РМИ охватывает переработанные медицинские изделия одноразового использования (статья 17 РМИ) и некоторые изделия, не предназначенные для медицинских целей (приложение XVI к РМИ). РМИ также охватывает продажу медицинских изделий и медицинских изделий для диагностики или терапевтических услуг в интернете, удалённо (статья 6 РМИ).

Для некоторых изделий класса IIb и имплантируемых изделий класса III в РМИ установлен порядок консультаций, связанных с клинической оценкой, которые должна проводить группа независимых экспертов (статья 54 РМИ).

В отношении МИИВ самое крупное изменение связано с классификацией риска и ролью уведомляемых органов. По правилам классификации РМИИВ каждое изделие относится к одной из четырёх категорий риска, от класса A (низший уровень риска) до класса D (высший уровень риска) (статья 47 РМИИВ). В результате около 85 % всех МИИВ должны будут находиться под надзором уведомляемых органов, тогда как в соответствии с директивой эта цифра составляет 20 %. В РМИИВ также ужесточаются требования к клиническим подтверждениям и оценке соответствия.

Новая система уникальных идентификаторов изделий (УИИ) (статья 27 РМИ/РМИИВ) существенно повышает отслеживаемость и эффективность послепродажной деятельности с точки зрения безопасности.

2 «Размещение на рынке» – это обеспечение наличия изделия (кроме исследуемых изделий) на рынке ЕС впервые (пункт 28 статьи 2 РМИ).

3 «Обеспечение наличия на рынке» – это любая поставка изделия (кроме исследуемых изделий) для распространения, потребления или применения на рынке ЕС в рамках коммерческой деятельности за вознаграждение или безвозмездно (пункт 27 статьи 2 РМИ).

4 <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>, NANDO (Организации, уведомляемые и назначенные в соответствии с новым подходом)

5 https://ec.europa.eu/health/md_sector/contact_en

Регламенты обеспечивают более высокий уровень прозрачности, требуя публикации информации об изделиях и клинических исследованиях и исследованиях эффективности, связанных с соответствием. Ключевую роль в предоставлении данных и улучшении количества, и качества данных будет играть новая Европейская база данных медицинских изделий и медицинских изделий для диагностики *in vitro* (EUDAMED) (статья 33 РМИ и статья 30 РМИИВ).



Маркировка CE

Оценка соответствия изделия требованиям маркировки CE (Conformité Européenne) зависит от класса риска, к которому относятся МИ и МИИВ. Помимо классификации риска, на процедуру оценки соответствия могут влиять некоторые другие свойства, например, если МИ должно быть стерильным или если МИИВ предназначено для использования пациентами.

В случае МИ все изделия классов IIa, IIb и III, а также некоторые изделия класса I требуют вмешательства уведомляемого органа (подпункты а⁶, б⁷ и в⁸ пункта 7 статьи 52 РМИ). В статье 52 РМИ и приложениях IX, X и XI к РМИ описаны различные методы оценки в зависимости от класса изделия. В некоторых случаях производители могут выбрать свой метод оценки соответствия из нескольких описанных в регламенте вариантов.

Для имплантируемых изделий класса III и некоторых изделий класса IIb установлен новый порядок консультаций, связанных с клинической оценкой, которые должна проводить группа независимых экспертов. Уведомляемый орган должен будет учитывать научное мнение группы экспертов (статья 54 РМИ).

Большинство МИИВ класса А производители могут сертифицировать самостоятельно, если они не продаются в стерильном состоянии. Оценку соответствия изделий классов B, C и D должен проводить уведомляемый орган.

В оценке соответствия изделий класса D должна принимать участие справочная лаборатория ЕС, к которой относится данный тип изделий и которая должна проверять эффективность, заявленную производителем, и соответствие применимым общим спецификациям (пункт 5 статьи 48 РМИИВ). Касательно инновационных изделий класса D, для которых общих спецификаций нет, группа независимых экспертов должна выразить своё мнение о подготовленном производителем отчёте оценки эффективности (пункт 6 статьи 48 РМИИВ).

Доступность изделий, соответствующих требованиям ДМИ/ДАМИ/ДМИИВ, и изделий, соответствующих требованиям РМИ/РМИИВ

В течение переходного периода изделия, сертифицированные согласно директивам, и изделия, сертифицированные согласно регламентам, на рынке будут существовать. У тех, и у других по закону одинаковый статус при условии, что они сопровождаются соответствующими сертификатами, и дискриминация по критериям соответствия требованиям в государственных тендерах запрещена.

Сертификаты, выданные согласно директивам, при определённых условиях останутся действительными не более, чем до 26 мая 2024 года, но некоторые обязанности, установленные регламентами, такие как активный мониторинг, послепродажный надзор и регистрация субъектов хозяйственной деятельности и изделий, вступят в силу по наступлении ДП.

В течение остаточного срока действия сертификата у изделия может быть сертификат и в соответствии с директивой, и в соответствии с регламентом. Таким образом, сертификаты свободной продажи могут выдаваться с соответствующими сертификатами и по ДМИ, и по РМИ (в случае МИ) или по РМИИВ, и по ДМИИВ (в случае МИИВ).

Оба типа сертификата свободной продажи действительны в равной степени. Сертификаты свободной продажи, основанные на действительных сертификатах, выданных уведомляемыми органами, по директивам, остаются действительными и после 26 мая 2021 года (ДМИ) или после 26 мая 2022 года (ДМИИВ) и действуют до срока истечения соответствующих сертификатов.

Изделия, которые в первый раз должен сертифицировать уведомляемый орган, должны соответствовать требованиям до наступления даты применения – 26 мая 2021 года в случае РМИ и 26 мая 2022 года в случае РМИИВ. Это, например, медицинские изделия класса I, которые стерильны или выполняют измерительную функцию.



Переклассификация

Согласно ДМИ и ДМИИВ сертификаты изделий, переклассифицированных и по степени риска отнесённых к более высокому классу согласно РМИ или РМИИВ соответственно, остаются действительными до истечения их срока. Правила классификации таких изделий согласно ДМИ/ДМИИВ будут применяться и дальше до истечения срока действия сертификатов, выданных в соответствии с ДМИ/ДМИИВ⁹.



Изделия, соответствующие требованиям ДМИ/ДМИИВ, в цепочке снабжения

МИ и МИИВ, размещённые на рынке после 26 мая 2021 года (в случае МИ) или после 26 мая 2022 года (в случае МИИВ) на основании действительного сертификата, выданного до указанных дат, могут поставляться до 26 мая 2025 года. 27 мая 2025 года любые такие изделия, не достигшие конечного пользователя, должны будут быть изъяты из цепочки снабжения.

Изделия, размещённые на рынке и введённые в эксплуатацию, при достижении ими конечного пользователя до 26 мая 2025 года, могут и дальше использоваться таким пользователем. Регламенты не применяются к бывшим в употреблении изделиям (декларативная часть З РМИ/РМИИВ).

6 «Изделия, размещаемые на рынке в стерильном состоянии, – аспекты, связанные с установлением, обеспечением и поддержкой стерильных условий».

7 «Изделия с функцией измерения – аспекты, связанные с соответствием изделий метрологическим требованиям».

8 «Хирургические инструменты многоразового использования – аспекты, связанные с многократным использованием изделия, в частности, его очисткой, дезинфекцией, стерилизацией, техническим обслуживанием и функциональными испытаниями, и соответствующими инструкциями эксплуатации».

9 <https://www.camd-europe.eu/regulatory/available-now-mdr-ivdr-transitional-faqs/>



Что это значит?

«Обеспечение наличия на рынке» – это любая поставка изделия (кроме исследуемых изделий) для распространения, потребления или применения на рынке ЕС за вознаграждение или безвозмездно (пункт 27 статьи 2 РМИ и пункт 20 статьи 2 РМИИВ).

«Размещение на рынке» – это обеспечение наличия изделия (кроме исследуемых изделий) на рынке ЕС впервые (пункт 28 статьи 2 РМИ и пункт 21 статьи 2 РМИИВ).

«Ввод в эксплуатацию» – это этап, на котором изделие (кроме исследуемых изделий) на рынке ЕС в первый раз доставляется конечному пользователю как готовое к применению по назначению (пункт 29 статьи 2 РМИ и пункт 22 статьи 2 РМИИВ).

Обязанности субъектов хозяйственной деятельности

В регламентах чётко сформулированы обязанности различных субъектов и их взаимоотношения.

В статье 10 РМИ/РМИИВ описаны обязанности **производителей**, например, касающиеся систем управления риском (пункт 2) и систем управления качеством (пункт 9). В статье также говорится о необходимости проведения клинических оценок или исследований эффективности (пункт 3), составления технической документации (пункт 4) и выполнения процедур оценки соответствия (пункт 6). Согласно регламентам производители отвечают за свои изделия с момента их попадания на рынок (пункты 12, 13 и 14). Производители должны внедрить системы страхования финансовой ответственности за ущерб, нанесённый бракованными изделиями (пункт 16).

У каждого производителя есть указанное лицо, ответственное за соблюдение нормативно-правовых требований (статья 15 РМИ/РМИИВ).

У производителей за пределами ЕС/ЕЭП должен быть уполномоченный представитель, место деятельности которого – одно из государств-членов ЕС/ЕЭП.

В регламентах составлен перечень задач, делегируемых **уполномоченным представителям** (статья 11 РМИ/РМИИВ). В обязанности уполномоченных представителей, по меньшей мере, входит проверка, есть ли в наличии декларация соответствия ЕС и техническая документация и, в соответствующих случаях, провёл ли производитель надлежащую процедуру оценки соответствия. Уполномоченный представитель также обязан иметь в наличии копии некоторых документов и по требованию сотрудничать с органами власти. Уполномоченный представитель вместе с производителем по закону несёт коллективную и индивидуальную ответственность за бракованные изделия.

Для замены уполномоченного представителя необходимо соответствующее соглашение, в котором сформулированы договорённости производителя и бывшего и нового уполномоченных представителей (статья 12 РМИ/РМИИВ).

В регламентах описаны функции и обязанности **импортёров** (статья 13 РМИ/РМИИВ) и **дистрибуторов** (статья 14 РМИ/РМИИВ):

1. Импортёры обязаны заботиться о том, чтобы размещаемые ими на рынке изделия соответствовали регламентам и были зарегистрированы в EUDAMED и чтобы производитель выполнял свои обязанности. Они также должны уведомлять производителей и уполномоченных представителей о жалобах или подозреваемых инцидентах, сообщения о которых поступают от работников здравоохранения, пациентов или пользователей.

2. Дистрибуторы на основании репрезентативной выборки должны удостовериться, что распространяемые ими изделия соответствуют регламентам. Они также обязаны сообщать производителям или уполномоченным представителям и импортёрам о жалобах и инцидентах.

Субъекты хозяйственной деятельности должны регистрировать УИИ поставляемых ими или им изделий в соответствии с пунктом 8 статьи 27 РМИ и пунктом 8 статьи 24 РМИИВ.



Ужесточённые требования к клинической оценке

Новые регламенты устанавливают требования к клинической оценке/оценке эффективности (глава VI РМИ/РМИИВ). В них содержатся некоторые из крупнейших изменений в сравнении с бывшим режимом.

Как было предусмотрено и в директивах, в рамках клинической оценки/оценки эффективности проводится сбор клинических данных, уже имеющихся в литературе, а также любые необходимые клинические исследования (МИ) или исследования эффективности (МИИВ).

В случае медицинских изделий концепция эквивалентности с другими изделиями, в отношении которых уже имеются клинические данные, может применяться в некоторых ограниченных случаях, но новые правила жёстче (пункты 4, 5 и 6 статьи 61 РМИ).

В РМИ предусмотрена процедура консультаций, связанных с клинической оценкой, которую проводит группа независимых экспертов в отношении некоторых изделий класса IIb и имплантируемых изделий класса III (статья 54 РМИ).

В оценке соответствия МИИВ класса D должна принимать участие справочная лаборатория ЕС, к которой относится данный тип изделий и которая должна проверять эффективность, заявленную производителем, и соответствие применимым общим спецификациям (пункт 5 статьи 48 РМИИВ). Кроме того, касательно инновационных изделий класса D, для которых общих спецификаций в настоящее время нет, группа независимых экспертов должна выразить своё мнение о подготовленном производителем отчёте оценки эффективности (пункт 6 статьи 48 РМИИВ).



Безопасность и клиническая эффективность

Хорошо понятные резюме информации о безопасности и клинической эффективности имплантируемых изделий и МИ класса III (статья 32 РМИ) и МИИВ классов С и D (статья 29 РМИИВ) будут публиковаться в открытом доступе. Такие резюме станут частью технической документации производителя, и их можно будет найти в EUDAMED.



Ужесточённый послепродажный надзор

Согласно новым регламентам для производителей устанавливаются более жёсткие требования послепродажного надзора. Также укрепляется сотрудничество между государствами-членами ЕС в сфере надзора за рынком:

1. Регулярно обновляемые отчёты о безопасности

Регулярно обновляемые отчёты о безопасности должны составляться в отношении всех МИ (статья 86 РМИ) и МИИВ (статья 81 РМИИВ), за исключением МИ класса I и МИИВ классов А и В. В таких отчётах предлагается обобщённый анализ данных послепродажного надзора. Частота обновлений будет зависеть от классификации изделия. Обновления передаются уведомляемым и компетентным органам.

2. Отчёты о тенденциях

Согласно регламентам, также требуется составлять отчёты о тенденциях, связанных со всеми изделиями. В отчётах о тенденциях регистрируется любое повышение частоты или тяжести несерьёзных инцидентов или предполагаемых нежелательных последствий, особенно в тех случаях, когда это может влиять на оценку риска изделия (статья 88 РМИ и статья 83 РМИИВ).



Отслеживаемость цепочки снабжения и уникальные идентификаторы изделий (УИИ)

Совершенно новой особенностью регламентов является система уникальных идентификаторов изделий (УИИ) (статья 27 РМИ и статья 24 РМИИВ). Это позволит лучше идентифицировать и отслеживать изделия.

Производитель обязан присвоить УИИ и ввести требуемую информацию в базу данных УИИ, которая является частью EUDAMED. В большинстве случаев УИИ бывает в виде, легко читаемом человеком, и также, например, в виде штрихкода.

Каждому МИ или МИИВ и, в соответствующих случаях, каждой упаковке будет присвоен УИИ, состоящий из двух частей. Первая часть – идентификатор изделия (УИИ-ИИ), непосредственно связанный с производителем и изделием. Вторая часть – производственный идентификатор (УИИ-ПИ), такой как номер партии или серийный номер, для идентификации производственной единицы изделия и, в соответствующих случаях, упаковки. Каждый уровень упаковки идентифицируется отдельно.

Согласно обоим регламентам УИИ должны быть присвоены до соответствующей ДП. Однако обязанность указывать УИИ в маркировке будет реализована в три этапа. УИИ для МИ должен быть присвоен не позднее:

1. Изделия класса III: 26 мая 2021 г.
2. Изделия класса II: 26 мая 2023 г.
3. Изделия класса I: 26 мая 2025 г.

для МИИВ:

1. Изделия класса D: 26 мая 2023 г.
2. Изделия классов В и С: 26 мая 2025 г.
3. Изделия класса А: 26 мая 2027 г.

До наступления этих дат производители по закону не обязаны маркировать свои изделия УИИ, хотя некоторые производители могут принять решение это делать.

Для изделий многоразового использования будет установлено требование прикреплять маркировку УИИ непосредственно на само изделие. Временные рамки для непосредственного прикрепления УИИ также поэтапные и вступают в силу ещё через два года после даты, установленной для соответствующего класса риска, как показано в двух перечнях выше.



Прозрачность

Новая база данных EUDAMED будет включать в себя информацию об УИИ, регистрации субъектов хозяйственной деятельности (кроме дистрибуторов) и изделий, сертификатах, клинических исследованиях и исследованиях эффективности, послепродажном контроле, активном мониторинге и надзоре за рынком (статья 33 РМИ и статья 30 РМИИВ).

Регулирующие органы смогут проверять, зарегистрирован ли производитель в EUDAMED, и знакомиться с базовой информацией об изделиях. Они также могут проверять, выдан ли изделиям соответствующий сертификат.

Информацию в EUDAMED будут размещать все лица, и она будет доступна для всех лиц (включая широкую общественность) на уровнях, зависящих от их прав доступа и информации, за размещение которой они отвечают. База данных при помощи УИИ облегчит доступ к нормативно-правовой документации, обеспечивая доступ к сертификатам изделий.

Производители также будут пользоваться EUDAMED, чтобы сообщать об инцидентах, и в качестве платформы для сотрудничества органов ЕС/ЕЭП и обмена информацией между ними.

Компетентные органы в странах за пределами ЕС/ЕЭП

Как орган власти в третьих странах, **экспортирующих** изделия в ЕС, вы можете получать запросы об информации от производителей из вашей страны, желающих размещать свои изделия на рынке ЕС. Вы должны уведомлять своих производителей, национальные ассоциации и торговые палаты о новых правилах, сроках и обязанностях, предусмотренных в новых регламентах. Для получения более подробной информации о применении регламентов или ознакомления с руководящими принципами посоветуйте им обращаться к веб-сайту Европейской комиссии или контактным лицам органов власти.

Как орган власти в третьих странах, **импортирующих** изделия из ЕС, вы должны быть осведомлены о сроках внедрения регламентов и иметь в виду, что изделия, соответствующие требованиям ДМИ или ДМИИВ, скорее всего, будут в наличии на вашем рынке после наступления ДП регламентов. Чтобы избежать сбоев рыночного механизма на своём рынке, вы должны уведомлять свои учреждения здравоохранения, органы закупки, сотрудников таможни и импортёров о новых требованиях и установленных сроках и пояснить различные положения переходного периода, например, связанные с переклассификацией изделий с присвоением им более высокого класса риска или требованиями к маркировке.



Часто задаваемые вопросы

Полный перечень часто задаваемых вопросов публикуют компетентные органы, ответственные за медицинские изделия:

[FAQ - Переходные положения РМИ](#)

[FAQ - Переходные положения РМИИВ](#)

С какого момента применяются регламенты?

Регламент о медицинских изделиях (РМИ) (2017/745/EU) применяется с 26 мая 2021 года, а Регламент о медицинских изделиях для диагностики *in vitro* (РМИИВ) (2017/746/EU) применяется с 26 мая 2022 года (соответствующие даты применения (ДП)).

Некоторые положения регламентов начнут применяться раньше (например, касающиеся уведомляемых органов и Координационной группы по медицинским изделиям). Некоторые другие начнут применяться позднее (например, касающиеся уникального идентификатора изделия и маркировки).

С какого момента перестают применяться действительные директивы?

В целом, директивы 90/385/EС и 93/42/EС отменяются с 26 мая 2021 года, а Директива 98/79/EС – с 26 мая 2022 года. Однако есть некоторые исключения, как то:

- связанные с дальнейшей поставкой на рынок изделий, соответствующих директивам (см. Ниже), и
- запасные средства на случай, если EUDAMED не будет вполне работоспособна до ДП.

Какие законодательные акты применяются до соответствующих ДП?

До ДП и дальше применяются законы и регламенты, принятые государствами-членами в соответствии с директивами. Однако есть некоторые исключения.

Можно ли размещать на рынке изделия, соответствующие требованиям регламентов, до ДП?

Да, производители могут размещать на рынке соответствующие требованиям изделия ещё в течение переходного периода. Это касается изделий любого класса риска, включая, например, изделия, системы и наборы процедур, сделанные на заказ.

Медицинские изделия, для которых проводится процедура консультаций, связанных с клинической оценкой, в соответствии со статьёй 54 РМИ, и МИИВ класса D в соответствии с пунктом 6 статьи 48 РМИИВ, нельзя размещать на рынке до того, как будут созданы группы экспертов.

В зависимости от класса риска изделия в оценке соответствия может участвовать соответствующий уведомляемый орган. Из-за данного требования такие изделия могут быть размещены на рынке с ещё большей задержкой.

Какие требования регламентов должны выполнить производители, чтобы размещать соответствующие требованиям изделия на рынке до наступления ДП?

Производители должны выполнить как можно больше требований, учитывая, что до наступления соответствующей ДП, возможно, начнёт действовать не вся предусмотренная в РМИ/РМИИВ инфраструктура, включая EUDAMED.

Требованиям регламентов должны соответствовать и изделие, и производитель. Производители должны провести оценку соответствия своего изделия.

Будут ли сертификаты, выданные уведомляемыми органами в соответствии с действительными директивами, действительны после ДП?

Да, в целом, сертификаты останутся действительными до окончания указанного в них срока или до 26 мая 2024 года, в зависимости от того, которая из двух дат наступит раньше. 27 мая 2024 года сертификаты, выданные в соответствии с директивами, станут недействительными.

Могут ли производители продолжать размещать на рынке/вводить в эксплуатацию изделия, соответствующие требованиям директив, после окончания переходного периода?

Да, при определённых условиях можно будет и далее размещать на рынке/вводить в эксплуатацию изделия, соответствующие требованиям директив, до истечения срока действия выданных им сертификатов. Возможно, таким образом удастся избежать необходимости немедленно получать новый сертификат в соответствии с регламентами.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, все существующие сертификаты должны быть действительны (включая, например, СУК), назначение и характер изделия должны быть неизменны, а производители должны применять новые требования регистрации, надзора и активного мониторинга.

Какой цели служит положение о распродаже?

Цель положения о распродаже – установить ограниченные временные рамки, в которых должно обеспечиваться наличие изделий, соответствующих директивам и уже размещённых на рынке.

Все изделия, всё ещё являющиеся частью цепочки снабжения и не достигшие конечного пользователя как готовые к применению, например, больницы, с 27 мая 2025 года больше не могут размещаться на рынке и должны быть изъяты из оборота.

После того как изделие, соответствующее директивам, поставлено конечному пользователю в установленные сроки, к дальнейшему обеспечению наличия данного изделия регламенты не применяются.

01/08/2020

© Европейский союз, [2020] Повторное использование разрешено при условии указания источника.
Политика повторного использования определена Решением Европейской комиссии 2011/833/EU
(OJ L 330, 14.12.2011, стр. 39).

https://ec.europa.eu/health/md_newregulations/overview_en

Финансируется Третьей программой в области здоровья

ISBN: 978-92-79-97010-8 DOI: 10.2873/421103

